

## CONSTAT DE VERIFICATION N° 2023-CVLS-0004

### MATÉRIEL:

Désignation : Combiné  
Constructeur / Fabricant : PROLINE  
Type : DD207SL - N° de série : 482100213  
N° inventaire : P2310-0007

### MOYEN DE VÉRIFICATION:

Désignation : Thermomètre  
Constructeur / Fabricant : Radio Spares  
Type : RS-40 - N° de série : 220726391

### MÉTHODE DE VÉRIFICATION :

Le moyen de vérification est placé au centre et à mi-hauteur du volume de travail  
Le temps de stabilisation sera de 30 minutes  
Le temps de la vérification sera 15 minutes  
Humidité relative : 50% < HR < 60%  
Pression atmosphérique : 1015 hPa


### Relevé de mesures :

	Consigne	Lecture appareil	Lecture étalon	Conclusion
T1	7,0°C	7,0°C	7,4°C	Conforme
T2	"-22,0°C	"-22,0°C	"-23,7°C	Conforme
rH1	NA	NA	NA	NA
rH2	NA	NA	NA	NA
CO2	NA	NA	NA	NA
V1	NA	NA	NA	NA
V2	NA	NA	NA	NA

Massy, le mercredi 6 décembre 2023

Rédacteur :

Stéphane ANGUILLAUME  
Ingénieur SAV - Frigoriste



Revu par :

Franck BRUNO  
Directeur

