

CONSTAT DE VERIFICATION N° 2023-CVLS-0005

MATÉRIEL:

Désignation : Bain Marie
Constructeur / Fabricant : VWR
Type : VWB2 12 - N° de série : BP1742008
N° inventaire : P2310-0014

MOYEN DE VÉRIFICATION:

Désignation : Thermomètre
Constructeur / Fabricant : Radio Spares
Type : RS-40 - N° de série : 220726391

MÉTHODE DE VÉRIFICATION :

Le moyen de vérification est placé au centre et à mi-hauteur du volume de travail
Le temps de stabilisation sera de 30 minutes
Le temps de la vérification sera 15 minutes
Humidité relative : 50% < HR < 60%
Pression atmosphérique : 1015 hPa


Relevé de mesures :

	Consigne	Lecture appareil	Lecture étalon	Conclusion
T1	37,0°C	37,0°C	37,9°C	Conforme
T2	NA	NA	NA	NA
rH1	NA	NA	NA	NA
rH2	NA	NA	NA	NA
CO2	NA	NA	NA	NA
V1	NA	NA	NA	NA
V2	NA	NA	NA	NA

Massy, le mercredi 6 décembre 2023

Rédacteur :

Stéphane ANGUILLAUME
Ingénieur SAV - Frigoriste



Revu par :

Franck BRUNO
Directeur

