



2 Allée Alan Turing - CS40033
63178 AUBIERE Cedex
Tél : 04 73 28 99 99 - Fax : 04 73 28 92 43
mail: mc2lab@mc2lab.fr

Constat de mise en service

**Hotte Chimique
&
Formation à l'utilisation**

Identification Client :

Raison Sociale : HCL - HOPITAL EDOUARD HERRIOT
Contact : MME TAUTOU MARIE
Service : ANTINEO

Adresse 1 : 5 PL ARSONVAL
Adresse 2 : BAT B - 1ER ETAGE
CP + VILLE : LYON CEDEX 3

Identification du matériel :

- Marque : ERLAB
- Modèle : CAPTAIR 483 *SART*
- N° de série : 36447-2021
- N° d'identification :

Détails des opérations

1 - Contrôle général

Intégrité de l'appareil : Oui / Non (rayer la mention inutile)

2 - Raccordement

Electrique : Oui / Non (rayer la mention inutile)

3 - Fonctionnement

Test de bon fonctionnement : Oui / Non (rayer la mention inutile)

Vérification de la conformité du filtre en place par rapport à l'utilisation : Oui / Non (rayer la mention inutile)

Vérification du confinement de l'air au niveau de la zone de travail : Conforme / Non conforme (rayer la mention inutile)
(Utilisation d'un générateur de fumée)

4 - Contrôle des paramètres (Mesure de la vitesse d'air en 1 point)

Vitesse d'air en façade : Mesure : 0,12 m/sec

Matériel utilisé : Thermo anémomètre n° ET *SAN* étalonnée le *12/01/2022*

5 - Formation à l'utilisation

Formation des utilisateurs : Oui / Non (rayer la mention inutile)

Liste de présence : (Nom + signature)

MME TAUTOU

MME PLATRE

Remarques supplémentaires :

*MONTAGE APHC + PREFILTRE (CF4F + CF4HP)
3 NOEUDS*

Technicien Opérateur : MANGAVEL VINCENT
(Nom + signature)

Date d'intervention : 13/04/2023

Client
(Nom + signature)

Rapport : INT-2212-0269



SERVICE GESTION DE PARC MATÉRIEL

2 Allée Alan Turing, La Pardieu
63178 AUBIERE CEDEX - CS40033
Tél : 04.73.28.55.60 - Fax : 04.73.28.92.43
@mail : gestiondeparc@mc2lab.fr

RAPPORT D'INTERVENTION

N° INTERVENTION : INT-2212-0269
N° COMMANDE : 241523
DATE D'INTERVENTION : 13/01/2023
INTERVENANT : MANGAVEL VINCENT

Référence(s) client : 298702

CLIENT

CODE SITE : C9690349
NOM : HOSPICES CIVILS DE LYON (HCL)
SITE : HCL - HOPITAL EDOUARD HERRIOT
ADRESSE : 5 PL ARSONVAL
ANTINEO
BAT B - 1ER ETAGE
69508 LYON CEDEX 3
04-26-68-82-01

1 CONTACT : MME TAUDOU
FONCTION :
✉
☎

2 CONTACT : MME BATHIC
FONCTION :
✉
☎

TRAVAIL EFFECTUÉ

MONTAGE + MISE EN SERVICE HOTTE CHIMIQUE + FORMATION UTILISATEURS
INSTALLATION FILTRES (1P2C avec PRÉFILTRE)
Particulière : GFHP x3
Médiane : GFHF x6

PRESTATIONS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRÉVUE	RÉALISÉE
MC2-2212-1804	Type matériel	HOTTE A RECIRCULATION D'AIR	
	Marque	ERLAB	
	Modèle	CAPTAIR 483	
	N° série	36447 - 2021	
	ID client		
403003MESDD-Z1-1	Mise en service d'un équipement DD type 3 en zone 1	1	1

COMMENTAIRES

MAIN D'OEUVRE (1/2 HEURE) 5

NOM ET SIGNATURE DU CLIENT

Marie TAUDOU

NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN

MANGAVEL